

Konformitätserklärung

in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 6789-1: 2017

Für folgendes Gerät:

Produkt:	Drehmomentschlüssel	Marke:	Cartrend / Unitec
Typenbezeichnung:	146001 / 146002 20807 / 20809	Seriennummer:	F000001
Drehmomentbereich:	40-210 N m	Direction(s) of operation:	CW
Zubehör:	20807 / 146001: N/A	20809 / 146002: 17+19 mm Stecknuss 125 mm Verlängerung	

Typenbezeichnung des Drehmomentmessgerätes:	PRO-TEST 400N
Seriennummer des Drehmomentmessgeräts:	92555
Maximaler Messfehler des Drehmomentmessgerätes:	$\leq \pm 0.002 \% K=2$
Messunsicherheitsintervall des Drehmomentmessgerätes:	$\leq \pm 1.0 \%$

Der Messfehler der Drehmomentmeseinrichtung beträgt weniger als 1/4 der maximal zulässigen relativen Abweichung des Drehmomentwerkzeugs.

Umgebungstemperatur:	25.8°C	Luftfeuchtigkeit:	58%
Datum der Messung:	20180619	Maximal zulässige relative Abweichung:	$\pm 4\%$
	Minimum:	60%	100%
Zieldrehmoment:	40	126	210
Gemessener Wert 1:	40.77	130.97	216.48
Gemessener Wert 2:	40.12	130.84	216.55
Gemessener Wert 3:	39.77	130.37	216.07
Gemessener Wert 4:	39.93	130.05	217.05
Gemessener Wert 5:	39.47	129.62	216.52

Die beobachteten Werte liegen innerhalb der maximal zulässigen relativen Abweichung gemäß EN ISO 6789-1: 2017.

Inverkehrbringer:	MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG		
Adresse:	Benzstraße 1 D - 76185 Karlsruhe		
Verantwortliche Person dieser Messung	(Mr. Gary Fu)		
Unterschrift:		Datum:	